



ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΑΡΤΙΔΩΝ 20140528 & 20150120 ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΣΥΡΙΓΓΕΣ ICORPLUS 3 ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ

881/02.05.2017

ΠΡΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ / ΠΡΟ.ΣΥ.Φ.Α.Π.Ε.

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σύμφωνα με ενημέρωση του Ε.Ο.Φ., ανακαλούνται οι παρτίδες 20140528 και 20150120 του ιατροτεχνολογικού προϊόντος «ICO plus 3 σύριγγες μιας χρήσης τριών τμημάτων με βελόνα» της εταιρείας ANATΣ Α.Ε., διότι το αποτέλεσμα του εργαστηριακού ελέγχου του Ε.Ο.Φ. δεν βρέθηκε σύμφωνο με τις προδιαγραφές.

Παρακαλούμε εάν διαθέτετε τις συγκεκριμένες παρτίδες του προϊόντος αυτού όπως επιστραφούν το αργότερο έως 12 Μαΐου 2017.

Από τον ΠΡΟ.ΣΥ.Φ.Α.Π.Ε.

