

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΑΡΤΙΔΑΣ ΕΡ52035 ΤΟΥ TRESIBA FLEX TOUCH 100U/ML PF.PEN

960/15.05.2017

ΠΡΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ / ΠΡΟ.ΣΥ.Φ.Α.Π.Ε.

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σύμφωνα με απόφαση του Ε.Ο.Φ., ανακαλείται η παρτίδα ΕΡ52035 του φαρμακευτικού προϊόντος TRESIBA Flex Touch 100U/ml PF.PEN της εταιρείας NOBO NORNTISK ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ., διότι κατά τον εργαστηριακό έλεγχο που διενεργήθηκε, παρατηρήθηκε διαρροή σταγονιδίων από την βελόνα μετά την όπλιση και πριν την χορήγηση, καθώς και μετά την απελευθέρωση της δόσης.

Παρακαλούμε εάν διαθέτετε την συγκεκριμένη παρτίδα του φαρμάκου αυτού όπως επιστραφεί το αργότερο έως 25 Μαΐου 2017.

Από τον ΠΡΟ.ΣΥ.Φ.Α.Π.Ε.

