

# ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΑΡΤΙΔΑΣ 2018 08 NIPRO SYRINGE LUER SLIP 1ML WITH NEEDLE (Σύριγγες ινσουλίνης 1ml)

5714/20.02.2019

ΠΡΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΜΕΛΗ/ ΠΕΛΑΤΕΣ  
ΟΜΙΛΟΥ ΠΡΟ.ΣΥ.Φ.Α.Π.Ε.

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σύμφωνα με επιστολή του Ε.Ο.Φ. ανακαλείται η παρτίδα 2018 08, με ημερομηνία λήξης 07/2023, του ιατροτεχνολογικού προϊόντος NIPRO SYRINGE LUER SLIP 1ML WITH NEEDLE (σύριγγες ινσουλίνης 1ml), της εταιρείας ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ MEDICAL Α.Ε.

Η ανάκληση αφορά σε μη συμμόρφωση με τις προδιαγραφές, βάσει των αποτελεσμάτων του ελέγχου των εργαστηρίων του Ε.Ο.Φ. (δεν εμφανίζει σε κάποιο σημείο της σύριγγας το αντίστοιχο χρώμα συγκέντρωσης της ινσουλίνης).

Παρακαλούμε εάν διαθέτετε την συγκεκριμένη παρτίδα του προϊόντος, να επιστραφεί το αργότερο έως 28/02/2019.

## ΠΡΟΣΟΧΗ !!

Επιστροφές θα γίνονται δεκτές μόνο σε συσκευασίες των 100τμχ (όχι χύμα).

Σε περίπτωση επιστροφής μεμονωμένων τεμαχίων, παρακαλούμε να απευθύνεστε στην εταιρεία ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ MEDICAL Α.Ε. στο τηλέφωνο 210 6645751.

Για τον ΠΡΟ.ΣΥ.Φ.Α.Π.Ε.

