



# ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ & ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟΥ ΥΠΕΡΥΘΡΩΝ BLUEWAY

11322/02.04.2021

## ΠΡΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΜΕΛΗ/ ΠΕΛΑΤΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΠΡΟ.ΣΥ.Φ.Α.Π.Ε.

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σύμφωνα με επιστολή του Ε.Ο.Φ., απαγορεύεται η διακίνηση και η διάθεση του ιατροτεχνολογικού προϊόντος «**θερμόμετρο υπερύθρων Blueway**» που διανέμεται από την εταιρεία **ΑΦΟΙ ΘΕΡΙΑΝΟΥ Α.Ε.**.

Ειδικότερα το προϊόν δεν πληροί βασικές απαιτήσεις της νομοθεσίας περί ιατροτεχνολογικών προϊόντων, καθώς δεν διαθέτει δήλωση συμμόρφωσης κατασκευαστή και πιστοποιητικό CE για ιατροτεχνολογικά προϊόντα.

Παρακαλούμε για την επιστροφή των αποθεμάτων σας, **το αργότερο έως 15/04/2021.**

Για τον ΠΡΟ.ΣΥ.Φ.Α.Π.Ε.

