



ΔΙΑΚΟΠΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ & ΑΠΟΣΥΡΣΗ ECOVAG BALANCE 10

12080/08.07.2021

ΠΡΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΜΕΛΗ/ ΠΕΛΑΤΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΠΡΟ.ΣΥ.Φ.Α.Π.Ε.

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Η εταιρία **FREZYDERM A.B.E.E.** ενημερώνει ότι διακόπτεται η διάθεση του προϊόντος **FREZYDERM ECOVAG BALANCE 10 κολπικά υπόθετα** και αποσύρεται από την αγορά.

Ο λόγος οφείλεται στην αλλαγή του κανονισμού της Ε.Ε. (2017/45) σχετικά με τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, όπου απαγορεύει τη χρήση βιώσιμων οργανισμών για τη θεραπεία κολπικών νόσων όπως τους ζώντες γαλακτοβάκιλλους μικροοργανισμούς.

Η χρήση τέτοιων μικροοργανισμών επιτρέπεται πλέον σε φάρμακα.

Παρακαλούμε εάν διαθέτετε το συγκεκριμένο προϊόν, **να επιστραφεί το αργότερο έως 16.07.2021.**

Για τον ΠΡΟ.ΣΥ.Φ.Α.Π.Ε.

