

# ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΑΡΤΙΔΑΣ AQUASOFT MOISTURE 360ML.

13489/11.01.2022

## ΠΡΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΜΕΛΗ/ ΠΕΛΑΤΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΠΡΟ.ΣΥ.Φ.Α.Π.Ε.

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σύμφωνα με επιστολή του Ε.Ο.Φ. ανακαλείται η παρτίδα **170519** του ιατροτεχνολογικού προϊόντος διαλύματος φροντίδας φακών **AQUASOFT MOISTURE 360ML** της εταιρείας **COOPERVISION MANUFACTURING LIMITED**, διάθεση στην Ελλάδα από την **AMVIS HELLAS S.A.**

Η απόφαση εκδίδεται εθελοντικά λόγω αναφοράς ότι ορισμένοι τύποι φιαλών που χρησιμοποιούνται για το διάλυμα φροντίδας φακών της εταιρείας έχουν κατασκευασθεί από λανθασμένο τύπο πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας (HDPE).

Παρακαλούμε αν διαθέτετε τη συγκεκριμένη παρτίδα **να επιστραφεί το αργότερο έως 21/01/2022.**

Για τον ΠΡΟ.ΣΥ.Φ.Α.Π.Ε.

