



ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΟ.ΣΥ.Φ.Α.Π.Ε.

Κωνσταντινουπόλεως 3, 121 32 Περιστέρι
Τηλ.: 210 5709400 Fax: 210 5780743
e-mail: info@prosyfape.gr • www.prosyfape.gr
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 100001000

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΑΡΤΙΔΑΣ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ SOLUS V2, EIFRON

17984/4.10.2023

**ΠΡΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΜΕΛΗ/ΠΕΛΑΤΕΣ
ΟΜΙΛΟΥ ΠΡΟ.ΣΥ.Φ.Α.Π.Ε.**

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σύμφωνα με επιστολή της εταιρείας **EIFRON Α.Ε.Ε.Ε.**, ανακαλείται η παρτίδα **DM220801D-1** (ημ/νία λήξης 28/02/2025) του προϊόντος **SOLUS V2** (ταινίες μέτρησης σακχάρου), λόγω πιθανής δυσλειτουργίας του συστήματος αφύγρανσης που υπάρχει μέσα σε κάθε κουτί ταινιών, προς αποφυγή τυχόν λανθασμένων μετρήσεων που μπορεί να προκληθούν από αυξημένο ποσοστό υγρασίας.

Παρακαλούμε για την επιστροφή των αποθεμάτων σας, **το αργότερο έως 17/10/2023.**

Για τον ΠΡΟ.ΣΥ.Φ.Α.Π.Ε.

